

要件付一般競争入札（物品）

仕 様 書			
品 名	講堂（什器）		
数 量	一式		
納 入 期 限	平成30年11月30日		
納 品 場 所	伊勢市楠部町地内 市立伊勢総合病院		
規 格	仕様詳細	別紙「講堂（什器）仕様書」のとおり	
	色		
	環境配慮事項		
	メーカー及び品番等の 銘柄指定	有 無	メーカー名等
		別紙のとおり	
参 考 事 項	当該仕様書の作成で参考とした物品または対象品		
		メーカー(カタログ) 名	品 番
	(1)		
	(2)		
	(3)		
	(4)		
事前承認の有無	有	※上記参考品以外の同等品での見積りも可とします。ただし、その場合は入札書締切日までに事前承認申請書を担当課へ提出し、必ず事前承認を受けてください。事前承認が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。	
	無		
事前承認の方法		見本掲示	
		カタログ掲示	
		その他（見本掲示またはカタログ掲示）	
その他（特記事項）			
発 注 課	課 名	市立伊勢総合病院 経営企画課	
	担当者	西井 道治	
	電 話	0596-23-5149	
そ の 他			

講堂（什器）仕様書

品名等	メーカー	型式	数量	単位
1 机	オカムラ	81F1AA MG99	33	台
2 椅子	オカムラ	81R2DZ FFW1	150	脚
3 台車（椅子用）	オカムラ	8114DS Z32	6	台

入札に関する要件

- 1 仕様書の納入期限に留意し納品作業を行うこと。
- 2 納品時における全てのソフトウェア及びハードウェアは最新バージョンとすること。
- 3 入札機器のうち医療器具に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造承認を得ている物品であること。
- 4 医療用具以外については、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時に製品化していない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料、及び確約書等を提出すること。
- 5 搬入、据付及び調整にかかる費用は受注者側で負担すること。
- 6 本仕様書に記載のない事項については、当院と協議すること。