

要件付一般競争入札（物品）

仕 様 書

品 名	医用画像表示用ディスプレイ				
数 量	①20台、②1台、③1台、④1式。以下、規格項目を参照のこと				
納 入 期 限	令和3年3月31日				
納 品 場 所	伊勢市楠部町3038番地 市立伊勢総合病院				
規格 メーカー及び品番等の 銘柄指定 (どちらかの機種)	有 無	①	メーカー名	品 名 等	数 量
			Barco	Eonis21” (MDRC-2321)	
		EIZO	RadiForce MX216	2 台	
		②	Barco		Nio Color 2MP LED (MDNC-2221)
			EIZO	RadiForce RX250	1 式
		③	Barco	Nio Color 3MP (MDNC-3421)	
			EIZO	RadiForce RX360	1 式
		④	Barco	Nio Color 5.8MP (MDNC-6121)	
EIZO	RadiForce RX560				
事前承認の有無	有 無				
その他（特記事項）	<p>・上記規格項目記載のどちらかの機種で見積すること。</p> <p>・②、③、④の高精細モニタについて、富士通製デスクトップパソコン(富士通ESPRIMO D588/T)に対応可能なグラフィックスボードを納品すること。個数は②・③対応を2個、④対応を1個とする。 なお、事前検証が必要な場合は当院に連絡すること。</p> <p>・②、③、④の高精細モニタとグラフィックスボードを接続するケーブルについても必要本数分納品すること。 (変換ケーブルによる対応は可。)</p> <p>高精細モニタのキャリブレーションを行う専用の外部センサーを1個納品すること。</p> <p>・設置・接続及び受入試験(JESRA X-0093)については、当院にて行うため不要。</p> <p>・保証期間は5年以上(LCDは3年以上)とすること。</p> <p>・保証期間内に故障した場合は、修理が完了するまで代替機を無償で貸し出すこと。 (メーカーとの送付バック方式でも可)。</p> <p>・ダンボール等の梱包材の処分は不要とすること。</p>				
発注課	課 名	市立伊勢総合病院 医療事務課			
	担当者	岩田 京悟			
	電 話	0596-23-5111(内線2020)			
	FAX	0596-25-9705			
そ の 他					