

要件付一般競争入札（物品）

仕 様 書				
品 名		全身麻酔装置		
数 量		一式		
納 入 期 限		令和8年3月31日		
納 品 場 所		伊勢市楠部町地内 市立伊勢総合病院		
規 格	仕様詳細	「全身麻酔装置仕様書」のとおり		
	色			
	環境配慮事項			
	メーカー及び品番等の銘柄指定	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	メーカー名等	品 番
参 考 事 項		当該仕様書の作成で参考とした物品または対象品		
		メーカー（カタログ）名		品 番
		(1)		
		(2)		
		(3)		
事前承認の有無		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	※上記参考品以外で見積もる場合、下欄の事前承認期限までに事前承認申請書を担当課へ提出し、必ず事前承認を受けてください。事前承認が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。	
事前承認の期限				
事前承認の方法			見本掲示	
			カタログ掲示	
			その他（見本掲示またはカタログ掲示）	
その他の特記事項				
発注課	課 名	市立伊勢総合病院 経営企画課		
	担当者	羽根 隆太		
	電 話	0596-23-5149		
そ の 他				

全身麻酔装置仕様書

1. 構成内容

品名	メーカー名等	数量
1. 全身麻酔装置	ドレーゲル・メデイカルジヤパン(株)	
(1) Atlan A100	8621100	1式
・ Atlan A100	OP50003	
・ フローチューブ (US)、3ガスミキサー	OP50059	
・ 吸気 O2 モニタリング	OPC5916	
・ フラッシュアダプタ O2-センサー・キャップ	8621230	
・ 外部 O2 フローメータ	OPC5920	
・ Dräger Auto Exclusion、気化器 2台	OPC5925	
・ Vapor シールド 1個	8621648	
・ ガスボンベ 2本用ホルダー	8609647	
・ ボンベ用レンチキット	8621198	
・ O2 減圧器 Pinインデックス	8621869	
・ N2O 減圧器 Pinインデックス	8621877	
・ Loops and Trends	OP50009	
・ SIMV/PS	OP50010	
・ PSV	OP50011	
・ AutoFlow	OPC5937	
・ PC	OP50005	
・ 換気バッグアーム、フレキシブル	8605088	
・ AGS アクティブ	OPC5946	
・ AGS ホースコネクタ 8/12mm	M36048	
・ マノメーター	OPC5948	
・ ホース及びPS IEホルダー	8609879	
・ 跳ね上げ式延長テーブル	8621330	
・ Trolley counter weight	8609640	
(2) USB Stick 1GB PDM20-1 Dräger	8416347	1個
(3) 耐圧ホース Air DISS-川重 8m	M35865	1個
(4) 耐圧ホース O2 DISS-川重 8m	M35866	1個
(5) 耐圧ホース N2O DISS-川重 8m	M35867	1個
(6) 余剰ガス排出ホース	MV07132	5個
(7) ADPX100000 余剰ガスアダプターL型	MV07190	1個
(8) キャスタガード 4個入り(小)	M36049	1個
(9) CLIC スタートアップキット	5315010	1個
(10) L15 CPU Mount 7.6-11.4cm	5305158	1個
(11) L15 15.24cm Fixed Extension with Channe	5305217	1個

2. 入札に関する要件

- (1) 令和8年3月31日までに納品を行うこと。
- (2) 入札機器のうち医療器具に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造承認を得ている物品であること。
- (3) 医療用具以外については、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時に製品化していない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料、及び確約書等を提出すること。
- (4) 搬入、据付及び調整にかかる費用は受注者側で負担すること。
- (5) 本仕様書に記載のない事項については、当院と協議すること。