

要件付一般競争入札（物品）

仕 様 書				
品 名		超音波診断装置		
数 量		1 式		
納 入 期 限		令和 8 年 3 月 31 日		
納 品 場 所		伊勢市楠部町地内 市立伊勢総合病院		
規 格	仕様詳細	「超音波診断装置仕様書」のとおり		
	色			
	環境配慮事項			
メー カー 及び品 番等の銘柄指定	有	メー カー名等	品 番	
	無	「超音波診断装置仕様書」のとおり		
参 考 事 項		当該仕様書の作成で参考とした物品または対象品		
		メー カー（カタログ）名		品 番
		(1)		
		(2)		
		(3)		
事前承認の有無		有	※上記参考品以外で見積もる場合、下欄の事前承認期限までに事前承認申請書を担当課へ提出し、必ず事前承認を受けてください。事前承認が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。	
事前承認の期限				
事前承認の方法			見本掲示	
			カタログ掲示	
			その他（見本掲示またはカタログ掲示）	
その他の特記事項				
発注課	課 名	市立伊勢総合病院 経営企画課		
	担当者	羽根 隆太		
	電 話	0596-23-5149		
そ の 他				

超音波診断装置仕様書

1. 構成内容

品 名	メーカー名等	数量	単位
1. 超音波診断装置 (内訳)	富士フィルムヘルスケア（株）	1	
(1) 本体 ARIETTA 750 DeepInsight X		1	
(1)-1 FAM		1	
(1)-2 ゼリーウォーマー		1	
(1)-3 Panoramic View		1	
(1)-4 被験者情報自動入力		1	
(1)-5 DICOM ネットワーク通信機能		1	
(1)-6 IMT 自動計測		1	
(1)-7 Dynamic Slow-motion Display		1	
(1)-8 Protocol Assistant		1	
(1)-9 Detective Flow Imaging		1	
(2) デジタルモノクロプリンタ		1	
(3) 白黒プリンタ接続キット		1	
(4) フレキシブルフック		1	
(5) 生体信号ユニット		1	
(6) CW サーボユニット		1	
(7) Real-time Tissue Elastography ソフト		1	
(8) RTE Strain Histogram ソフト		1	
(9) Shear Wave Measurement B ソフト		1	
(10) eScreening ソフト		1	
(11) Remote Assistance ソフト		1	
(12) iRecognize ソフト		1	
(13) DICOM SR ソフト		1	
(14) コンベックスプローブ <6–1MHz/50R/70° >	C252	1	
(15) リニアプローブ <12–2MHz/38mm>	L441	1	
(16) リニアプローブ <18–5MHz/38mm>	L64	1	
(17) リモートメンテナンスルーターwith SIM (US)		1	
(18) リモート用機材		1	
(19) バーコードリーダー	SSH065VU	1	
2. DICOM Storage 接続費用 (POP-NET システム)	(株) イメージワン	1	
3. DICOM MWM・SR モダリティ接続	富士フィルムメディカル（株）	1	

2. 入札に関する要件

- (1) 令和8年3月31日までに納品を行うこと。
- (2) 入札機器のうち医療器具に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造承認を得ている物品であること。
- (3) 医療用具以外については、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時に製品化していない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料、及び確約書等を提出すること。
- (4) 搬入、据付及び調整にかかる費用は受注者側で負担すること。
- (5) 本仕様書に記載のない事項については、当院と協議すること。