

要件付一般競争入札（物品）

仕 様 書			
品 名	関節鏡システム		
数 量	一式		
納 入 期 限	令和8年3月31日		
納 品 場 所	伊勢市楠部町地内 市立伊勢総合病院		
規 格	仕様詳細	「関節鏡システム仕様書」のとおり	
	色		
	環境配慮事項		
	メーカー及び品番等の銘柄指定	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	メーカー名等 「関節鏡システム仕様書」のとおり
参 考 事 項	当該仕様書の作成で参考とした物品または対象品		
		メーカー（カタログ）名	品 番
	(1)		
	(2)		
	(3)		
事前承認の有無	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	※上記参考品以外で見積もる場合、下欄の事前承認期限までに事前承認申請書を担当課へ提出し、必ず事前承認を受けてください。事前承認が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。	
事前承認の期限			
事前承認の方法		見本掲示	
		カタログ掲示	
		その他（見本掲示またはカタログ掲示）	
その他（特記事項）			
発注課	課 名	市立伊勢総合病院 経営企画課	
	担当者	羽根 隆太	
	電 話	0596-23-5149	
そ の 他			

関節鏡システム仕様書

1. 構成内容

品 名	メーカー名等	数量
1. 関節鏡システム	ジンマー・バイオメット (合)	1 式
(1) マイクロチョイス フットスイッチ	00-5020-053-00	1
(2) ZEOS 4K HDR カメラヘッド インテグレートド 3CMOS	84-10-5101	1
(3) ZEOS 4K カメラコンソール	84-10-5001	1
(4) アースロスコープアイカップ 1.9MM 30°	84-14-1930	1
(5) アースロスコープアイカップ 2.7MM30°	84-14-2730	1
(6) 4K アースロスコープアイカップ 4MM30°	84-14-4030	1
(7) アースロスコープトレイ LARGE	84-18-1000	1
(8) カメラヘッドトレイ	84-18-1004	1
(9) ライトガイドケーブル 5MM 青	84-20-5003	1
(10) ライトガイドアダプター-STORZ	84-20-50033	1
(11) シース 2.5MM ダブルコック	84-24-1920	1
(12) オブチュレーター-2.0MM ブラント	84-24-1922	1
(13) シース 3.8MM ダブルコック	84-24-2720	1
(14) オブチュレーター-2.9MM ブラント	84-24-2722	1
(15) シース 6.2MM ダブルコック	84-24-4020	1
(16) オブチュレーター-4.2MM ブラント	84-24-4032	1
(17) SONY 液晶モニター 4K 31.5 インチ	AS-LMD-32M1MD	1
(18) ZEOS TRICERA 接続ケーブル 3M	AS-U2C-BF30BK	1
(19) エルゴ 2 ボタンハンドピース	DO-4240-000-00	1
(20) D4000 コンソール	D4000	1
(21) MEIDON-Ⅲ ワイドカート	FMT-4000-Z1B	1
(22) マイクロシェーバーハンドピース	MC-9840-000-00	1
(23) TRICERA コンソール	R-10001	1
(24) TRICERA イン・アウトフローチューブ VERIFLOW イン&アウトフロー	R-10003	20
(25) TRICERA 3 IN 1 シェーバー 4.2MM	R-10008	20
(26) TRICERA ハンドピース	R-10023	1
(27) アースロスコープ 2.4mm×30° ×72mm	アースレックスジャパン AR-3350-2430	1
(28) 2.4mm アースロスコープ用 ダブルコック シース	AR-3372-2402	1
(29) コニカルオブチュレーター, 2.4mmシース用	AR-3375-2401	1

2. 入札に関する要件

- (1) 令和8年3月31日までに納品を行うこと。
- (2) 入札機器のうち医療器具に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造承認を得ている物品であること。
- (3) 医療用具以外については、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時に製品化していない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料、及び確約書等を提出すること。
- (4) 搬入、据付及び調整にかかる費用は受注者側で負担すること。
- (5) 本仕様書に記載のない事項については、当院と協議すること。